

Prezydent Miasta Zabrze
Zabrze, dn. 17.08.2018 r.

BZP.271.51.2018.AWF
b. 727

Zmiana treści SIWZ
oraz informacja o przedłużeniu terminu składnia ofert

Sprawę prowadzi:

Biurow Zamówień
Publicznych
ul. Powstańców
Śląskich 5-7
41-800 Zabrze
tel./fax
(32) 37-33-516;
(32) 37-33-537.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 i ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 z późn.zm.) dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn.:

„Zakup i dostawa (wraz z montażem) mebli laboratoryjnych i dygestorium do pracowni eksperymentu dla 20 szkół podstawowych”

Pytanie 1.

Część 1 DYGESTORIUM SZKOLNE - EDUKACYJNE podłączone do wyciągu kominowego - 15 szt.

1. Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych: 1200 x 960 x 2600 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Część IV SIWZ w tabeli w kolumnie: opis parametrów:

Poz. 1. DYGESTORIUM SZKOLNE - EDUKACYJNE podłączone do wyciągu kominowego - 15 sztuk wymiary całego dygestorium na następujące: max 120 cm szerokości, od 60 cm do 96 cm głębokości, od 180 cm do 260 cm wysokości.

Pytanie 2.


Część 2 DYGESTORIUM SZKOLNE - EDUKACYJNE z filtrem - 3 szt.


2. Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych: 1200 x 960 x 2600 mm (szer. x głęb. x wys.)? Jeśli nie, proszę o wyjaśnienie.

Odpowiedź.

Zamawiający zmienia w Szczegółowym Opisie Przedmiotu Zamówienia Część IV SIWZ w tabeli w kolumnie: opis parametrów:

Poz. 2 DYGESTORIUM SZKOLNE - EDUKACYJNE z filtrem – 3 sztuki wymiary całego dygestorium max 120 cm szerokości, od 60 cm do 96 cm głębokości, od 180 cm do 260 cm wysokości.




Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Wójcikowska-Fuks

Prezydent Miasta Zabrze

Jednocześnie, zgodnie z art. 38 ust. 6 *Pzp*, Zamawiający **przedłuża termin składania ofert** w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzień **22.08.2018 r. godz. 09:00.**

W konsekwencji, zmianie ulega treść punktu 9., 11.1., i 11.3. SIWZ i otrzymuje następujące brzmienie:

9. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą przez okres **30 dni**

tj. 22.08.2018 r. do 20.09.2018 r.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

11.1. Oferta musi być złożona w:

**Biurze Zamówień Publicznych, Urząd Miejski w Zabrzu,
41-800 Zabrze, ul. Powstańców Śląskich 5-7, pok. 219**

najpóźniej do dnia **22.08.2018 r. do godz. 09:00**

**11.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22.08.2018 r. w Urzędzie Miejskim w Zabrzu,
ul. Powstańców Śląskich 5-7 w pok. nr 223 o godz. 09:30**

Dokonane zmiany wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia wiadomości.

z up. Prezydent Miasta Zabrze

mgr Izabela Orlowska
Naczelnik Wydziału
Biuro Zamówień Publicznych

Główny Specjalista
ds. Zamówień Publicznych
mgr Anna Wojnowska-Fuks